蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位:西螺農產品市場股份有限公司(雲林縣) 檢驗日期:113/09/16 檢驗員:廖雅柔

	樣品來源	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				
編號			初驗		複驗		工作概況及含毒 - 蔬果處理情形
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	斯木 <u></u> 处土月//
1	廖〇〇-	胡瓜		1			
2	廖〇〇-	花胡瓜		1			
3	陳〇〇-	絲瓜		1			
4	廖〇〇-	蕃茄		1			
5	廖〇〇-	蕃茄(牛蕃茄)		1			
6	陳〇〇-	南瓜		1			
7	陳〇〇-	辣椒		4			
8	洪〇〇-	甘藍		1			
9	李〇〇-	小白菜		1			
10	楊〇〇-	小白菜		1			
11	廖〇〇-	小白菜(其他)		1			
12	楊〇〇-	小白菜(蚵仔白)		1			
13	李〇〇-	包心白菜		1			
14	楊〇〇-	青江白菜		1			
15	鍾〇〇-	萵苣菜		1			
16	楊〇〇-	芥藍菜		1			
17	楊〇〇-	油菜		1			
18	李〇〇-	油菜		1			

19	李〇〇-	甘藷葉	1		
20	曾〇〇-	雪裡紅	1		
21	陳〇〇-	胡蘿蔔	1		
22	陳〇〇-	馬鈴薯	1		
23	陳〇〇-	豆薯	2		
24	廖〇〇-	牛蒡	1		
25	陳〇〇-	甘藷	1		
26	李〇〇-	茭白筍	3		

單位主管:

檢驗員:廖雅柔

備註:1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

- 2、抑制率 (%) = (對照組吸光值 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 \times 100
- 3、 AChE抑制率判定標準及處理方式:
 - (1)0-34%(<34.5)者:合格。
 - (2) 35-44% (<44.5) 以上者:通知供應單位延期採收與改善,並對農民進行用藥追蹤教育。
- (3) 4 5 % (\geq 4 4 . 5) 以上者:停止交易或銷毀,必要時由供應單位切結後,將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以

化學法複驗,並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果:陰性反應(-);陽性反應(+);結果判定1個+號代表50%,2個+號代表100%